



Serie Proyectos de Investigación e Innovación

Superintendencia de Seguridad Social
Santiago - Chile

INFORME FINAL

**Patrón de lectura radiológica digital para la clasificación de imágenes
compatibles con Silicosis**

Bernardita Cubillos
2013





SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

SUPERINTENDENCE OF SOCIAL SECURITY

La serie Proyectos de Investigación e Innovación corresponde a una línea de publicaciones de la Superintendencia de Seguridad Social, que tiene por objetivo divulgar los trabajos de investigación e innovación en Prevención de Accidentes y Enfermedades del Trabajo financiados por los recursos del Seguro Social de la Ley 16.744.

Los trabajos aquí publicados son los informes finales y están disponibles para su conocimiento y uso. Los contenidos, análisis y conclusiones expresados son de exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es), y no reflejan necesariamente la opinión de la Superintendencia de Seguridad Social.

Si requiere de mayor información, sobre el estudio o proyecto escriba a: investigaciones@suseso.cl.

Si desea conocer otras publicaciones, artículos de investigación y proyectos de la Superintendencia de Seguridad Social, visite nuestro sitio web: www.suseso.cl.

The Research and Innovation Projects series corresponds to a line of publications of the Superintendence of Social Security, which aims to disseminate the research and innovation work in the Prevention of Occupational Accidents and Illnesses financed by the resources of Law Insurance 16,744.

The papers published here are the final reports and are available for your knowledge and use. The content, analysis and conclusions are solely the responsibility of the author (s), and do not necessarily reflect the opinion of the Superintendence of Social Security.

For further information, please write to: investigaciones@suseso.cl.

For other publications, research papers and projects of the Superintendence of Social Security, please visit our website: www.suseso.cl.

Superintendencia de Seguridad Social
Huérfanos 1376
Santiago, Chile.

INFORME FINAL PROYECTO

PATRÓN DE LECTURA RADIOLÓGICA DIGITAL PARA LA CLASIFICACIÓN DE IMÁGENES COMPATIBLES CON SILICOSIS (P0140-2013)

INVESTIGADORES:

Investigador principal:

- Dra. Bernardita Cubillos Munski (1er lector ISP)

Coinvestigadores:

- Dr. Alejandro García Herrera (2do lector ISP)
- Dr. Gustavo Contreras Tudela (B-Reader 1993 hasta año 2013)
- Dr. Carlos Villafranca Aravena
- EU Cristina López Soto
- Dr. Patricio Azocar Guerrero
- TM Gustavo Sanchez Espinoza
- TM Felipe Zorzano Sepúlveda

FECHA DE EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: noviembre 2013 a diciembre 2014

**Este Proyecto fue realizado con el financiamiento de la Asociación Chilena de Seguridad,
a través de la Fundación Científica y Tecnológica, FUCYT**

ÍNDICE

1.- RESUMEN DEL PROYECTO	3
2.- INTRODUCCIÓN	3
3.- MARCO TEÓRICO	4
3.1 Importancia de la silicosis	4
3.2 Prevención de la silicosis	5
3.3 Diagnóstico precoz de la silicosis	5
3.4 Radiografía de neumoconiosis	5
3.5 El problema de la radiografía digital para la detección de silicosis	6
4.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN	7
5.- MÉTODO	8
6.- RESULTADOS	10
7.-DISCUSIÓN	11
9.-BIBLIOGRAFÍA	12
10.- ANEXOS	12

1.- RESUMEN DEL PROYECTO

La silicosis es una enfermedad sin tratamiento. El programa de vigilancia de trabajadores expuestos a sílice está diseñado para detectarla lo más precozmente posible mediante una radiografía de tórax. A pesar de su rol fundamental, ésta adolece de una gran variabilidad técnica y de interpretación. Para disminuir estos fenómenos, la OIT creó un sistema de clasificación ampliamente usado en Chile y el mundo. Éste se basó en la radiografía análoga, la que ha sido reemplazada por el mismo set análogo, digitalizado. Si bien la OIT permite el uso de este nuevo tipo de imagen, indica que el patrón de comparación debe seguir siendo el análogo. Muchos estudios han demostrado que es mejor utilizar patrones de comparación digitales⁽⁹⁾. El objetivo de este trabajo fue generar un set de radiografías digitales que representen las profusiones centrales de opacidades redondas del sistema de clasificación OIT. De un universo de 32.826 radiografías de pacientes expuestos a sílice, se obtuvo 252 radiografías, de las cuales 54 fueron informadas por 3 lectores acreditados, seleccionándose 8 casos que contaban con opacidades redondas puras de diferentes profusiones, las que se proponen como patrón digital para Chile.

2.- INTRODUCCIÓN

Breve descripción del estudio:

La radiografía de tórax es el examen de pesquisa precoz de la silicosis. A pesar de su rol fundamental, ésta presenta una gran variabilidad técnica y de interpretación. Para disminuir estos fenómenos, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) creó un sistema de clasificación basado en la radiografía análoga. El desarrollo tecnológico ha introducido un nuevo tipo de Rx de tórax (técnica digital) que ha desplazado a la análoga.

Recientemente la OIT permitió el uso de este nuevo tipo de imagen, indicando que el patrón de comparación que se debe seguir usando es el análogo. Sin embargo, no resulta fácil comparar una radiografía análoga con una digital, por lo que varios estudios han demostrado que es mejor utilizar patrones de comparación digitales.

El objetivo de este trabajo fue generar un set de radiografías digitales que representen las profusiones centrales de opacidades redondas del sistema de clasificación OIT, para su uso como patrón de comparación en Chile.

Justificación:

La importancia de este proyecto radica en que se crea una herramienta que no está disponible en Chile y que servirá a todos los médicos que informan radiografías digitales de tórax de trabajadores expuestos a sílice.

3.- MARCO TEÓRICO

3.1 Importancia de la silicosis

La silicosis pulmonar es la enfermedad profesional más antigua que se conoce. Los primeros casos descritos datan de los tiempos de Hipócrates en Grecia y Egipto, en trabajadores expuestos a polvo en minería. Posteriormente fue estudiada por Bernardo Ramazzini en el siglo XVIII.

Esta patología se produce por la inhalación de dióxido de silicio en sus formas cristalinas, comúnmente denominadas sílice. La enfermedad se puede presentar luego de exposiciones intensas por períodos de meses a unos pocos años (menos de 5 años) constituyendo lo que se conoce como “silicosis aguda”, patología muy grave y con alta mortalidad. La forma de presentación más frecuente, tanto en Chile como en el mundo, es la silicosis crónica que corresponde a una granulomatosis pulmonar irreversible. En las etapas iniciales, esta enfermedad no provoca síntomas al trabajador, pero en las más avanzadas, el afectado presenta disnea progresiva que puede llegar hasta la insuficiencia respiratoria global y la muerte. ^(1,2)

La frecuencia de silicosis en la población laboral chilena es desconocida. Entre los años 2004 y 2005, el Departamento de Salud Ocupacional del Instituto de Salud Pública de Chile (ISP) efectuó un estudio exploratorio nacional sobre los niveles de sílice a que están expuestos los trabajadores de distintos rubros productivos. Se recolectó 364 muestras de aire en puestos de trabajo de 31 rubros diferentes en 132 empresas². Los resultados mostraron que en el 35% de los rubros evaluados se sobrepasó el Límite Ponderado Permisible (LPP) de sílice definido en Decreto Supremo 594. En un 60% de las muestras, las concentraciones ambientales mostraron valores iguales o superiores a la mitad del LPP². Utilizando el criterio de trabajador expuesto como aquel que permanece más del 30% de la jornada laboral semanal en presencia de sílice, se estimó que el 5,4% de la Fuerza de Trabajo Ocupada²⁻¹⁴ está expuesta a este compuesto. Si bien la cantidad de trabajadores expuestos -estimada en este estudio- supone un alto número de enfermos, la mayoría de los casos registrados en nuestro país provienen del sector minero ⁽³⁾ asociado al sistema mutual. Aunque no hay datos publicados, se sospecha que existe un alto grado de sub-diagnóstico de la enfermedad.

La silicosis es también un problema mundial, por lo que desde el año 2005, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la OIT están implementando una estrategia global tendiente a erradicar la enfermedad del planeta para el año 2030. Nuestro país ha adherido a esta iniciativa a través de los Ministerios de Salud y del Trabajo y Previsión Social en una declaración conjunta realizada el 13 de Julio del año 2007⁽⁴⁾. En respuesta a esta determinación, el Ministerio de Salud de Chile implementó el Plan Nacional para la

Erradicación de la Silicosis, PLANESI, que guía el accionar de los distintos actores sociales en el marco del cumplimiento de la legislación vigente y en los roles institucionales de los organismos responsables ⁽⁴⁾.

3.2 Prevención de la silicosis

Erradicar la silicosis del planeta requiere que ningún trabajador se exponga a sílice. Las medidas de control en la fuente generadora de sílice cristalina respirable no son siempre posibles. La protección respiratoria personal que se usa habitualmente tampoco garantiza que la sílice no alcance los alvéolos pulmonares de trabajadores que laboran en ambientes contaminados. Se requerirá mayor desarrollo tecnológico en ambas áreas para lograr la meta de erradicar la silicosis del mundo.

Ante esta realidad, el equipo de salud puede contribuir a aminorar los daños generados a los trabajadores como a la sociedad, mediante el diagnóstico precoz de la enfermedad, ya que, de ese modo, el afectado podrá ser retirado de la exposición, asegurándole al menos un número importante de años de sobrevida con calidad de vida adecuada.

3.3 Diagnóstico precoz de la silicosis

Con el objeto de mejorar la calidad del diagnóstico oportuno de la silicosis, el ISP-Chile implementó el Programa de Evaluación Externa de la Calidad de las prestaciones relacionadas con la Silicosis (PEECASI), el que, en lo pertinente a este proyecto, procura alcanzar la mejor calidad posible en el diagnóstico radiográfico de la enfermedad.

La normativa actual obliga al control periódico de los trabajadores con exposición presente o pasada a sílice. Los trabajadores activos deben evaluarse con radiografía de tórax con técnica de neumoconiosis según pautas de la OIT, cada uno o cuatro años, según el grado de exposición; aquellos con exposición pasada, deben ser evaluados con el mismo examen durante 15 años y con una periodicidad quinquenal.

La Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) ha sido pionera en la aplicación de programas de prevención de las Neumoconiosis en Chile. Cuenta, desde la década de 1970, con el Programa de Vigilancia Médica de Enfermedad Profesional para Neumoconiosis, el cual evalúa periódicamente a los trabajadores en riesgo de enfermar, con una radiografía de tórax tomada e informada según los criterios OIT ^(6, 7,8).

3.4 Radiografía de neumoconiosis

Las manifestaciones radiográficas de la silicosis preceden al desarrollo de síntomas y a la pérdida de función pulmonar; por esto, la radiografía de tórax es la herramienta principal de reconocimiento, monitoreo y clasificación de la neumoconiosis ⁽¹⁾.

La interpretación de las imágenes en una radiografía de tórax está sujeta a la habilidad y experiencia del médico que la evalúa, por lo que existe una alta variabilidad entre lectores y también intra-lector, cuando una misma radiografía es informada en dos oportunidades distintas por el mismo médico. Para reducir esta variabilidad y codificar las anomalías de manera simple y reproducible ⁽⁸⁾, la OIT diseñó un sistema de clasificación que es ampliamente utilizado en el mundo. La creación de este sistema se remonta a mediados del siglo pasado, cuando sólo se disponía de radiografías análogas; éstas corresponden a la imagen creada sobre una placa de acetato cubierta con una emulsión de plata, por el paso de rayos X a través del tórax. Este tipo de radiografía es de bajo costo, genera una buena calidad de imagen y tiene alta resolución espacial ⁽⁹⁾. El sistema OIT busca disminuir la variabilidad en los informes médicos mediante dos estrategias complementarias. Por una parte entrega directrices claras para que la imagen obtenida sea de alta calidad y, por otra, proporciona un conjunto de radiografías para ser usadas como patrón de comparación. Éste está formado por nueve radiografías que representan las imágenes que pudieran ser compatibles con lesiones silicóticas, correspondientes a profusiones leve-moderada-grave, siendo las opacidades redondas las más frecuentes en silicosis. Estas radiografías se conocen como patrones centrales de profusión, forma y tamaño de las opacidades. El set de la OIT comprende otras 6 radiografías que proporcionan el patrón de comparación para las neumoconiosis del tipo asbestosis.

El avance de la tecnología introdujo hace algunos años, la radiografía digital en la que los rayos X forman la imagen sobre una placa fluoroscópica que luego se digitaliza (radiografía digital indirecta) o directamente sobre sensores digitales (radiografía digital directa). Las radiografías digitales tienen mayor resolución, son más fáciles de manipular computacionalmente para mejorar la calidad de la imagen, no requieren ser impresas (por lo que no se necesita el proceso de revelado de la placa) y se almacenan más eficientemente. Es por ello que en la actualidad la radiografía análoga es cada vez más escasa.

3.5 El problema de la radiografía digital para la detección de silicosis

El sistema OIT se basa en radiografías análogas y sus patrones de comparación (que son la base del sistema) son también análogos. El Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional de los EE.UU. (NIOSH) fue el primero en permitir el uso de radiografías de tórax digitales para los programas de pesquisa de neumoconiosis en ese país. En ausencia de patrones digitales, NIOSH propuso utilizar las imágenes digitalizadas de los patrones análogos, como estándar de comparación. Seguidamente, la OIT adoptó igual postura.

En 2012, el ISP-Chile validó el uso de la radiografía digital con fines de pesquisa de neumoconiosis, por lo que paulatinamente se ha ido incorporando a los programas de vigilancia de trabajadores expuestos a sílice, pero su uso para fines médico legales ha sido resistido por la falta de familiaridad de los médicos con este nuevo tipo de radiografía. Es

un obstáculo a este proceso, el que se deba comparar una radiografía digital con un patrón análogo digitalizado. Por otro lado no existía un patrón digital de comparación.

Cuando una imagen análoga se transforma a formato digital, se pierde información, ya que no representa fielmente el contraste ni densidad óptica obtenida en la radiografía original, lo que puede inducir a generar diagnósticos falsos negativos y/o falsos positivos. Si bien se ha descrito que existe una alta concordancia entre la interpretación de la lectura digital directa y la análoga, otros han puesto en evidencia una mayor dispersión de resultados⁽¹²⁾. De hecho, y debido a los diferentes métodos de examinación y de procesamiento de imágenes,⁽⁹⁾ la radiografía digital tiene una sensibilidad mayor que su par análogo, por lo que ofrece al médico imágenes que no se ven en la radiografía tradicional, aumentando la posibilidad de error en médicos no entrenados.

El presente trabajo propone conformar un set de radiografías digitales que constituyan el patrón de referencia para la lectura de ese tipo de imágenes obtenidas en trabajadores expuestos a sílice. Se trata, por tanto, de un proyecto de innovación tecnológica que generará un producto de aplicación inmediata y permanente. El patrón digital resultante de este proyecto podrá ser utilizado tanto en los programas de vigilancia médica de la Asociación Chilena de Seguridad, como por otros grupos interesados en el estudio y prevención de esta enfermedad.

4.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO GENERAL:

Obtener patrones radiográficos digitales para las profusiones centrales de opacidades redondas equivalentes a las actualmente en uso en versión análoga.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Identificar trabajadores afectados por silicosis pulmonar cuyas radiografías representen las profusiones centrales para las opacidades redondas de la actual versión de patrones estándar de la OIT.
2. Verificar, mediante tomografía axial computada de tórax, que estos trabajadores padecen efectivamente de silicosis pulmonar y realizar el diagnóstico diferencial con otras enfermedades intersticiales nodulares.
3. Obtener de estos trabajadores, la radiografía digital que constituirá el estándar digital respectivo.
4. Proponer a las autoridades nacionales el uso de estas radiografías como los patrones estándar para radiografías digitales en Chile.

5.- MÉTODO

El proceso de selección de pacientes comenzó con la revisión de la base de datos de 30.515 informes radiográficos emitidos en Medicina del Trabajo del Departamento de Medicina Ocupacional del Hospital del Trabajador, entre enero de 2010 a diciembre de 2013, y de la base de datos de uno de los investigadores para el mismo período, correspondiente a 2.311. Entre ellos se seleccionaron 252 radiografías que presentaban las profusiones centrales (1/1; 2/2; 3/3) de opacidades redondas.

Se revisaron las radiografías disponibles que corresponden a 54 (algunas de las placas habían sido retornadas a la ciudad de origen) para identificar aquellas de buena calidad (calidad 1 y 2, según OIT).⁽⁷⁾ De este modo, se obtuvo un subconjunto de radiografías que fueron informadas en forma separada por médicos certificados por el ISP. Estos informes fueron comparados para identificar aquellos concordantes, entendiéndose aquello como lecturas que no diferían más de una subcategoría en la escala de 12 puntos, descrita en la "Guía para el uso de la clasificación internacional de la OIT de radiografías de neumoconiosis".

El grupo de radiografías con informes concordantes fue revisado nuevamente por los médicos certificados, pero esta vez en la modalidad "panel", es decir los tres simultáneamente, para identificar aquellas en las que existía unanimidad respecto del tipo de opacidad predominante y de la profusión, correspondiendo éstas a 8 radiografías.

A continuación se invitó personal o telefónicamente a los 8 pacientes a colaborar en el estudio. La novena profusión, que corresponde a 3/3 p/p, no se encontró en esta base de datos. Quienes aceptaron la invitación firmaron el consentimiento informado autorizando a que se les tomara una nueva radiografía análoga, una digital y un TAC de tórax, si es que no contaban con él.

Se obtuvo una nueva radiografía análoga que fue leída en conjunto (forma panel) para certificar que la silicosis se había mantenido en el grado informado previamente, ya que la radiografía original pudo tener más de 2 años de antigüedad. Éstas se tomaron de acuerdo a las normas de la OIT (ref) con equipo Philips Optimus 50, 50kW de potencia, 150Kv máxima, 650mA máxima, capaz de generar 370mA a 135kVp, trifásico, ánodo rotatorio, colimador luminoso, foco fino 0,6mm y foco grueso 1,3mm. La técnica radiográfica fue de 135kVp, exposímetro automático debidamente calibrado, foco fino de 0.6mm. El sistema pantalla película está conformado por placas radiológicas AGFA CP-G PLUS de fabricación belga, sensibilidad verde, de baja velocidad, amplia latitud, formato 35x43cm y chasis radiográfico AGFA Curix, grano ultra fino (folio fine) que tiene correspondencia espectral con placa utilizada. Las imágenes latentes fueron procesadas por revelado húmedo en reveladora AGFA Classic E.O.S con parámetros de revelado debidamente controlados mediante sensitometría según protocolo ARCAL. Los químicos utilizados en el proceso

corresponden a Revelador G-138 y Fijador G-134, ambos AGFA de origen belga, preparados en automixer debidamente calibrado.

La radiografía digital se obtuvo para conformar el patrón estándar con técnica directa utilizando equipo Phillips Digital Diagnost Flex con tubo SRO 33100 de 150 Kv, ánodo rotatorio y colimador luminoso y software de imágenes Flat panel. La pantalla de visualización es Barco modelo MDNG-2121, tamaño diagonal 21,3 pulgadas con resolución 1600x1200 con área de display (HxV) 432x324 mm con pixel pitch de 0,21 (H) x 0,27 mm (V) con luminiscencia de 500 cd/m² con una dosis de radiación correspondiente a 0.1 mGy.

El TAC fue incluido en el estudio para descartar patologías de diagnóstico diferencial de la silicosis. Si el paciente contaba con un TAC, no se volvía a solicitar, considerando no exponerlos innecesariamente a radiaciones. Todos los TAC confirmaron la silicosis.

La Tomografía Axial Computada de Tórax se obtuvo en 4 pacientes que no disponían del examen previamente y su propósito fue asegurar que las opacidades vistas en las radiografías correspondían sólo a silicosis. Se utilizó protocolo de alta resolución, en equipo marca Philips, modelo Brillance, Multicorte de 64 canales, con técnica Kv 120, más / 230, grosor de corte es de 2mm con un postproceso de 1 mm, con tiempo de rotación de 0,5 segundos y con una radiación correspondiente a 671.2 uGm²

No todos los pacientes concurren a realizarse las radiografías, faltando el paciente correspondiente al patrón 1/1 r/r, por lo que el patrón no pudo completarse con el método propuesto. Los autores de este trabajo solicitaron al Departamento de Salud Ocupacional, de la Dirección de Políticas Públicas Saludables y Promoción del Ministerio de Salud, se les permitiera revisar su base de datos con 100 radiografías obtenidas en el 2010, con propósito similar al que motivó este estudio, para obtener las radiografías faltantes. Se leyeron en modalidad panel, obteniendo las radiografías faltantes que corresponden a la profusión 3/3 p/p señalada previamente y 1/1 r/q, que fueron tomadas con técnica de digital indirecta.

Estas radiografías digitales se obtuvieron con técnica indirecta, pero de acuerdo con las normas OIT/NIOSH. Los pacientes contaban con Rx análoga y TAC de tórax contemporáneos.

La dosis de radiación total fue la mínima necesaria para obtener las imágenes requeridas por el estudio. Este procedimiento contó con la aprobación del Comité de Ética del HT.

6.- RESULTADOS:

La base de datos de Medicina del Trabajo contiene 30.515 informes para el período enero 2010 a diciembre 2013. A ello se agregan 2.311 informes provenientes de la base de datos de uno de los investigadores, lo cual hace un universo total de 32.826. De éstos, se seleccionó 252 radiografías que presentaban las profusiones centrales (1/1; 2/2; 3/3) de opacidades redondas, de las cuales 54 estaban físicamente disponibles y eran de buena calidad. Éstas fueron informadas en forma separada por 3 médicos certificados por el ISP identificándose 24 radiografías con informes concordantes (discrepancia entre lectores de no más de un grado en la escala de 12 puntos establecidos por la OIT) (Tabla 1).

Tabla 1. Proceso de selección de radiografías análogas representativas

Universo total:	32.826
- Universo de informes base de datos Medicina del Trabajo 2010-2013	
- Universo informes base datos investigador 2010-2013	
Total radiografías con profusiones centrales	252
Total radiografías con profusión centrales físicamente disponibles	54
Radiografías con informes concordantes entre lectores ISP y B Reader	24

Las 24 radiografías fueron revisadas nuevamente por los médicos certificados, pero esta vez en la modalidad "panel", alcanzando consenso en 8 radiografías que representaban las profusiones centrales (1/1 p/p, 2/2 p/p, 1/1 q/q, 2/2 q/q, 3/3 q/q, 1/1 r/r; 2/2 r/r/ y 3/3 r/r.) (Tabla 2).

Tabla 2. Resultados proceso de lectura panel

Radiografías que representan patrones puros	8
Patrones encontrados	1/1 p/p; 2/2 p/p; 1/1 q/q, 2/2 q/q, 3/3 q/q; 1/1 r/r; 2/2 r/r, 3/3 r/r
Patrón no encontrado	3/3 p/p

Los ocho pacientes fueron invitados a colaborar, pero uno de ellos no se presentó el que correspondía a la profusión 1/1 r/r, por lo que debió recurrirse a la base de radiografías del Departamento de Salud Ocupacional, de la Dirección de Políticas Públicas Saludables y Promoción del Ministerio de Salud, desde donde se obtuvo las dos radiografías faltantes (3/3 p/p y 1/1 r/r).

La profusión 3/3 p/p que se obtuvo es central y la Rx de r/r que se obtuvo es de profusión central, pero de patrón mixto (1/1 r/q). Se decidió no incluir esta radiografía dado que su interpretación pudiese generar confusión.

Se logró un patrón digital de radiografías de profusión central para 8 de los 9 patrones puros de distintos tamaños de opacidades redondas, probablemente compatibles con silicosis.

7.- DISCUSIÓN

Aun cuando la radiografía análoga y la digital muestran las estructuras del tórax al ser atravesadas por rayos X, el que una genere la imagen activando una emulsión de plata y la otra un sensor digital, provocan que las imágenes no sean exactamente iguales. De hecho, la radiografía digital ofrece una calidad de imagen superior con más cantidad de detalle que, en última instancia, generan mayor incertidumbre en el médico que informa la radiografía cuando se busca en ella alteraciones sutiles como las generadas por la silicosis inicial. Existe, por tanto, una tendencia a sobrediagnosticar opacidades nodulares intersticiales en la radiografía de tórax con técnica digital. Este fenómeno ha llevado a otros grupos médicos a generar patrones de comparación digitales, los que han puesto a disposición de sus respectivos países, pero que muestran patrones mixtos.

Este estudio ha permitido identificar un grupo de radiografías homologables a aquellas del patrón analógico del sistema OIT para la lectura de la silicosis, pero al igual que ocurre con éste, las radiografías propuestas en este estudio pudieran ser reemplazadas en el futuro por otras de mejor calidad.

En efecto, las radiografías patrón aportadas por la OIT presentan algunos problemas que ponen de manifiesto la dificultad que existe para encontrar radiografías puras en la vida real. Por ejemplo, la radiografía 1/1 p/p del set OIT muestra un síndrome de Kaplan, es decir, silicosis más nódulos reumatoides. Esta radiografía "estándar" no corresponde a una silicosis pura, sino a una complicada por una segunda patología, lo que le resta "pureza" y, en la práctica, dificulta su uso. Las opacidades "p" cuyo diámetro es menor a 1,5 mm, son poco frecuentes, en especial en la minería chilena. Aun cuando no se dispone de estadísticas oficiales, es conocido el hecho de que en Chile las opacidades más frecuentes son de tamaño "q" (1,5 a 3 mm), seguidas por las "r" (3 a 10 mm). En consecuencia, las radiografías que más costó obtener fueron las representantes de las opacidades "p", seguidas por las "r"; en cambio, las representativas de las opacidades "q" fueron las primeras en ser encontradas. Otro fenómeno que está presente en las radiografías patrón OIT es que aun cuando la radiografía ha sido catalogada como representando a un tamaño y profusión particular, el análisis detallado muestra que existen opacidades de otros tamaños y que la profusión no es igual en todas las zonas afectadas. Por ejemplo, la radiografía 1/1 p/p, tiene una región en el tercio medio derecho con opacidades "q"; la radiografía 1/1 q/q tiene esa profusión en el tercio superior

derecho pero no en el izquierdo, donde las opacidades se presentan en cantidad menor (1/0). Estos fenómenos ponen de manifiesto que las neumoconiosis son enfermedades evolutivas que presentan diferentes grados de desarrollo en las distintas zonas del pulmón. Fenómenos similares se pueden observar en las radiografías propuestas por este estudio.

A pesar de lo ya señalado, creemos que las radiografías seleccionadas ayudarán a los médicos a generar informes más precisos, mejorando la calidad de los programas de vigilancia y del diagnóstico médico legal.

El proceso de obtención de las radiografías digitales representativas obtenidas en este estudio, no estuvo exento de problemas prácticos, como por ejemplo la dificultad para que el trabajador concurre a la toma de las radiografías. El proceso de contar con radiografías estándares debe ser continuo, porque en la medida que más imágenes vayan siendo evaluadas por un grupo mayor de médicos, se logrará una mejor representatividad de las seleccionadas.

8.- CONCLUSIONES

El trabajo permitió obtener un grupo de ocho radiografías que representan adecuadamente las profusiones centrales de las opacidades redondas pequeñas, propias de las silicosis, equivalentes a aquellas del patrón análogo de opacidades redondas OIT. Se espera contribuir a un uso más seguro de la clasificación OIT al usar radiografías digitales por todos los médicos de este u otro país que decida adoptarlo como estándar de comparación.

9.-BIBLIOGRAFÍA

1. Manual de Neumología ocupacional. Álvarez Santos et al. Manual de Neumología ocupacional. Capítulo 12, pág. 197
2. Guías de Atención Integral de Salud Ocupacional GATISO (Guía de Atención Integral Basada en la Evidencia para Neumoconiosis. Ministerio de la Protección Social de la República de Colombia. Año 2007 ISBN978-958-98067-3-9)
3. Silicosis en Chile. Contreras G. Rev. Ciencia y trabajo. Marzo 2004. Año 6 N° 11 pag 14-18.
4. Plan Nacional de Erradicación de la Silicosis (PLANESI). <http://www.planerradicacionsilicosis.net/> revisado 27 de marzo 2013.
5. Ley 16.744. Ley de Accidentes y Enfermedades laborales. 1968. República de Chile
6. Programa de Vigilancia Médica de Neumoconiosis. Asociación Chilena de Seguridad. 1997 año, documento institucional.
7. Guía para la lectura de imágenes radiográficas de tórax análogas y digitales según normas OIT, Octubre de 2012. Versión 1.0. Instituto de Salud Pública, Ministerio de Salud

9. Aplicación del Sistema de Clasificación radiográfica de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Revision 1980. ACHS
10. Development of Standard Digital Images for Pneumoconiosis. Won-Jeaong Lee, Byung-Soon Choi, Sung Jun Kim, Choog-Ki Park, Jai-Soung Park, Seok Tae and Kurt Georg Hering J Korean Med Sci 2011; 26:1403-1408
11. Schaefer-Prokop C, Neitzel U, Venema HW, Uffmann M, Prokop M. Digital chest radiography: an update on modern technology, dose containment and control of image quality. Eur Radiol. 2008 Sep;18(9):1818-30. doi: 10.1007/s00330-008-0948-3. Epub 2008 Apr 23.
12. Franzblau A, Kazerooni EA, Sen A, Goodsitt MM, Lee SY, Rosenman KD, Lockey JE, Meyer CA, Gillespie BW, Peterson EI, Wang ML, Comparación ob digital radiographd with film radiographs for the classification of psjneumoconiosis. Acad Radiol 2009; 16; 669-77
13. A Falt-Panel Detector Digital Radiography and a Storage Phosfor Computed Radiography: screnning for Pneumoconiosis. Yoshihiro Takashinma, Narufumi Suganuma, Hirofumi Sakurazawa, Harumi Itoh, Harukazu Hirano, Hisao Shida and Yukinori Kusaka. J occup Health 2007; 49: 39-45.
14. Guía para uso de Clasificación Internacional de la OIT de Radiografías de neumoconiosis
15. http://silicosis.ispch.cl/Estudio_Exposicion_Silice_Chile.pdf

10.- ANEXOS

Patrón digital de RX de neumoconiosis HT-ACHS.

